

Szczecinek, dnia 23.07.2019 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 09/2019
573513-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego:

Dostawa wyrobów medycznych – Dostawa wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z opaską samoprzylepną i poziomem protein < 30 µg/g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 2 – dot. Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic ze ściągaczem, o długości ≥ 295 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 3 – dot. Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z opaską samoprzylepną i grubości na palcu 0,185 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 4 – dot. Pakiet nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z prostym mankietem, AQL 1,0, o zawartości protein 50–100 µg/g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: 09/2019.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 Szczecinek