

Szczecinek, dnia 16.11.2019 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

**Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 10/2019
Nr ogłoszenia BZP 618903-N-2019
z dnia 2019-11-12 r.**

**dotyczy: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z
DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH**

Upzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. Wzór umowy

Dotyczy pakietu nr 3- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów : „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę.

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: **10/2019**.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający
Szpital w Szczecinku sp. z o.o.