

Szczecinek, dnia 04.03.2019 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek

**Do wszystkich Wykonawców**  
**Nr sprawy 02/2019**  
**Nr ogłoszenia 517325-N-2019**  
**z dnia 22.02.2019 r.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH**  
**- endoskopia ,staplery i inne**

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 3 i 4 dopuści zaoferowanie również kleszczyków pokrywanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 2 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 3 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie protez z pozycjonerem w osobnym opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 3 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie protez łukowato wygiętych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 4 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie protez o długości zestawu 185 cm, możliwość cofania i ponownego wysunięcia protezy w ograniczonym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 5 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie poszerzadeł o długości 200 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 6 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 8 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie balonów o długości 240 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 7 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 10 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie papilotomów o średnicy części proksymalnej 2,2 mm – 2,4 mm, średnica części dystalnej 1,6 – 1,8 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 8 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 15 i 16 Pakietu nr 7 wymaga zaoferowania zestawów wielorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: TAK

**Pytanie 9 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 18 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 10 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pozycji 20 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 11 – dot. SIWZ Pakiet 8**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 3 pakietu 8 dopuści zaoferowanie staplerów z manualnym dociskiem, otwieraniem sztaplera i wysunięciem pinezki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 12 – dot. SIWZ Pakiet 9**

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 4 Pakietu 9 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 13 – dot. SIWZ Pakiet 9**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 9 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 14 – dot. SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty sporządza się w formacie danych PDF.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 15 –**

Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego)

**Odpowiedź:**

Zamawiający: pytanie nie dotyczy SIWZ.

**Pytanie 16 – dot. SIWZ Pakiet 35 poz 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Pytanie 17 – dot. SIWZ Pakiet 1 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści całkowicie jednorazowy system taśmy podcewkowej, renomowanego amerykańskiego producenta - firmy Boston Scientific, składający się monofilamentowej taśmy polipropylenowej, długości 9,00cm, szerokości 1,1cm, bez znacznika, zakończonej kotwiczkami (wyposażonymi w skrzydełka zapobiegające obracaniu się kotwiczek podczas implantacji oraz

zwiększające siłę ich kotwiczenia w tkance) oraz łukowato wygiętej igły o średnicy 3mm, zakończonej ergonomicznym uchwytem. Możliwa mikroregulacja długości taśmy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 18 – dot. SIWZ Pakiet 1 poz 20, 21**

Czy Zamawiający dopuści system siatki do wzmacniania ściany pochwy w celu rekonstrukcji przy wypadaniu przedniej i szczytowej ściany pochwy, firmy Boston Scientific, o następujących parametrach:

Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z: 1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramiennej siatki

o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> i rozmiarze porów 2,8 mm<sup>2</sup>, szerokość siatki w części centralnej 5,1 cm, kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki; 2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego przewodnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2mm oraz głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o średnicy 6,3 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 19 – dot. SIWZ Pakiet 1 poz 20, 21**

Czy Zamawiający dopuści system siatki do wzmacniania ściany pochwy w celu rekonstrukcji przy wypadaniu tylnej ściany pochwy, firmy Boston Scientific, o następujących parametrach:

Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z: 1. polipropylenowej, monofilamentowej dwuramiennej siatki

o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> i rozmiarze porów 2,8 mm<sup>2</sup>, długość siatki 14cm, szerokość ramion 18mm, kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki; 2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego przewodnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2mm oraz głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o średnicy 6,3 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 20 – dot. SIWZ Pakiet 3 poz 2**

Prosimy o dopuszczenie worków zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz niejałowego. Z analizy rynku wynika, iż na rynku nie ma worków jałowych o których mowa;

Jedynie jałowe worki jakie są dostępne na rynku występują w postaci zestawu (worek + płytka + klamerka) i mieć zastosowanie jako uniwersalny, kolostomijny, ileostomijny jak i urostomijny;

**Odpowiedź:**

Zamawiający: jak w SIWZ

**Pytanie 21 – dot. SIWZ Pakiet 3 poz 2**

W przypadku braku zgody na powyższe zmiany, prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu rozstrzygnięcie pakietu

**Odpowiedź:**

Zamawiający: jak w SIWZ

**Pytanie 22 – dot. SIWZ Pakiet 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 7, poz. 15 oraz 16 ma na myśli zestawy jednorazowego, czy wielorazowego użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: wielorazowego użytku

**Pytanie 23 – dot. Wzoru umowy § 1 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Przedstawione ilości w SIWZ stanowią wartość szacunkową i nie mogą stanowić podstaw do żądania przez Wykonawcę realizacji ich wielkości oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniem części asortymentu w wysokości do 30% wartości danego Pakietu”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 24 – dot. Wzoru umowy § 4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:  
„Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, o ile zwłoka w płatnościach nie przekroczy 60 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 25 – dot. Wzoru umowy § 4 ust. 5a) oraz 5 b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 26 – dot. Wzoru umowy § 4 ust. 5c) oraz 5 d)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 27 – dot. SIWZ Pakiet 60 poz 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: pytanie nie dotyczy SIWZ

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: **02/2019**.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.szczecinek.pl](http://www.szpital.szczecinek.pl)

Zamawiający

*Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek*