

Szczecinek, dnia 25.09.2020 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 09/2020
Ogłoszenie nr 587686-N-2020 z dnia 2020-09-21 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego:

Dostawa wyrobów medycznych – aparat RTG

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy wraz z aparatem rtg należy zaoferować jako wyposażenie standardowe zestaw wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, czyli składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość) oraz fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki oraz testy AEC) dedykowanego do mocowania na kolimatorze aparatu rtg ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga zaoferowania

Pytanie 2

Czy wraz ze standardowym zestawem wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG należy zaoferować oprogramowanie online wspomagające wykonywanie testów kontroli jakości oraz jego instalację a także przeprowadzić szkolenie z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości i obsługi programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga zaoferowania

Pytanie 3 – Załącznik nr 2 pkt 34

Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie kąta obrotu kołpaka w formie analogowej?

Niezależnie od tego, czy kąt obrotu kołpaka wyświetlany jest cyfrowo, czy analogowo użytkownik ostatecznie otrzymuje informację o kącie obrotu kołpaka.

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania prosimy o opisanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego, która leży u podstaw takiej decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – Załącznik nr 2 pkt 48

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szuflady bez możliwości jej obrotu. Przedmiotem postępowania jest detektor kwadratowy o wymiarach 43 x 43 cm i w związku z tym nie ma konieczności obrotu detektora w szufladzie.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: 09/2020.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Prokurent

Justyna Popis