

Szczecinek, dnia 07.06.2019 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 06/2019
Dz.U./S S92 14/05/2019 221657-2019-PL

dotyczy: przetargu nieograniczonego:

Dostawa wyrobów medycznych – endoprotezy oraz implanty ortopedyczne

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. Pakiet 13

Zestaw do szycia łąkotek, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dodatkowo implantu nowszej generacji (możliwość korzystania z dwóch rodzajów rozwiązań bez zmiany dyskomfortu zaopatrzenia zabiegu operacyjnego):

System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy 1,1mm i długości 5,3mm. Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. Pakiet 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie:

- czy Zamawiający wymaga by Wykonawca oferując wyroby medyczne w ww. pakiecie utworzył: mini bank, uzupełniał zużyty asortyment w deklarowanym terminie i użył wraz z wszczepami systemy do implantacji i gwarantował serwis narzędzi dla całości oferowanego przedmiotu zamówienia (zgodnie z zapisami SIWZ w tym projekcie umowy) czy tylko dla pozycji 1 pakietu 16 (zgodnie z opisem znajdującym się pod pakietem)? Dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający: Zamawiający wymaga aby utworzyć bank dla całości asortymentu pakiet 16 pozycje od 1 do 67

Pytanie 3 – dot. § 4 ust. 8 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala, nie dłużej jednak niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 8 umowy na następujące:

Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, za wyjątkiem sytuacji gdy dostawy nie mogą być zrealizowane w skutek działania siły wyższej lub gdy zwłoka w płatnościach za dostarczone wyroby przekracza 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności za fakturę.

Pytanie 4 – dot. § 1 wzoru umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o **specyzywanie / dodanie** do obecnego brzemienia § 1, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
5. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na **8 miesięcy** przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt **niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.**
7. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
9. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
10. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.
11. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.
12. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 4.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. § 4 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (dokument pdf)? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź:

Zamawiający: zgoda się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej , na adres faktury@szpital.szczecinek.pl

Pytanie 6 - Pakiet 6. Zadanie nr I pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie 1 membranę o podanych w specyfikacji parametrach, o wymiarach 3cm x 4cm x 0,6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 - Pakiet nr 1 zadanie nr I pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie 2 membranę o podanych w specyfikacji parametrach, o wymiarach 2cm x 3cm x 0,6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 8 - Pakiet nr 1 zadanie nr I pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie 3 membranę o podanych w specyfikacji parametrach, o wymiarach 2cm x 3cm x 0,4 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 9 - Pakiet nr 1 zadanie nr I pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie 4 membranę o podanych w specyfikacji parametrach, o wymiarach 3cm x 4cm x 0,4cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 10 - Dotyczy Zadania VII poz. 1-4

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Pytanie 11 - Dotyczy Zadania VIII poz. 1-4

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści w powyższym zakresie dopuści równoważną nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogeny koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikroślamaniami w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm (możliwość docięcia, w zależności od wielkości ubytku). Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 12 - Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ – wzór UMOWY

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w projekcie umowy postanowienia zawartego w jej par. 4 punkcie 8 poprzez dodanie sformułowania "z wyłączeniem sytuacji, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają sprzedającego/dostawcę do wstrzymania się z dostarczeniem towaru kupującemu ". Pozwoli to na uwzględnienie np. przesłanek wskazanych w powszechnie obowiązującym art. 552 Kodeksu Cywilnego, który w określonych sytuacjach pozwala na wstrzymanie się z dostawą towaru. Obecne brzmienie par. 4 punkt 8 jest niejasne i nie tylko nie uwzględnia art. 552 Kodeksu Cywilnego, ale nawet tak prozaicznych sytuacji jak siła wyższa, która z natury rzeczy może wymusić wstrzymanie się dostawą towaru. Dlatego sugerujemy doprecyzowanie, odnoszące się do sytuacji przewidzianych przez polskie prawo, co pozwoli usunąć ewentualne wątpliwości związane z interpretacją umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 8 umowy na następujące: „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, za wyjątkiem sytuacji gdy dostawy nie mogą być zrealizowane w skutek działania siły wyższej lub gdy zwłoka w płatnościach za dostarczone wyroby przekracza 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności za fakturę.”

Pytanie 13 – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 14 – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 8 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody na zapis w powyższym kształcie natomiast modyfikuje zapisy § 4 ust. 8 w następujący sposób „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych

dostaw, za wyjątkiem sytuacji gdy dostawy nie mogą być zrealizowane w skutek działania siły wyższej lub gdy zwłoka w płatnościach za dostarczone wyroby przekracza 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności za fakturę.”

Pytanie 15 – dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 5:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% części niezrealizowanej wartości pakietu brutto,
- b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% części niezrealizowanej wartości umowy brutto,
- c) opóźnienia w realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką,
- d) opóźnienia w realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 5 ust 3 umowy oraz opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 0,2% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka.
- e) z tytułu wstrzymania dostaw w każdym przypadku 5% wartości każdego zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający:

a) jak w SIWZ

b) jak w SIWZ

c) jak w SIWZ

d) jak w SIWZ

e) Wyraża zgodę

Pytanie 16 – dot. Pakiet 9 poz I pkt.5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. I pkt. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 90-270 mm zamiast 110-290 mm oraz o ilości otworów w trzonie 3-12 zamiast 3-13?

Odpowiedź:

Zamawiający: niedopuszcza

Pytanie 17 – dot. Pakiet 9 poz I pkt.10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. I pkt. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 69-135 mm zamiast 69-145 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: niedopuszcza

Pytanie 18 – dot. Pakiet 9 poz II pkt.1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. II pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki bocznej o długości 140-300 mm zamiast 130-300 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: niedopuszcza

Pytanie 19 – dot. Pakiet 9 poz III

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III dopuści możliwość zaoferowania płytek tytanowych wyposażonych w otwory dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne 5,0/4,5 mm zamiast jednofunkcyjne blokujące 5,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: niedopuszcza

Pytanie 20 – dot. Pakiet 9 poz III pkt.2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 140-300 mm zamiast 141-301 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: niedopuszcza

Pytanie 21 – dot. Pakiet 9 poz III pkt.3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych 5,0 mm oraz dodatkowo korowych 4,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: niedopuszcza

Pytanie 21 – dot. Pakiet 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający: niedopuszcza

Pytanie 21 – dotyczy pakietu Nr 11, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w poz. 21 oferty na równoważny jakościowo system o następujących parametrach: Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa \varnothing 15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa \varnothing 10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej antyrotacyjnej \varnothing 5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna \varnothing 5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: 180mm, \varnothing 9, \varnothing 11, \varnothing 13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + śruba antyrotacyjna+ zaślepka + śruba dystalna?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dotyczy pakietu Nr 11, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w poz. 22 oferty na równoważny jakościowo system o następujących parametrach: Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa \varnothing 15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa \varnothing 10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca.

Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej antyrotacyjnej \varnothing 5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna \varnothing 5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: 260 - 460mm, średnica \varnothing 9, \varnothing 11, \varnothing 13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + śruba antyrotacyjna+ zaślepka + śruba dystalna?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: 06/2019.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400

Szczecinek