

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek

**Do wszystkich Wykonawców**  
**Nr sprawy 10/2019**  
**Nr ogłoszenia BZP 618903-N-2019**  
**z dnia 2019-11-12 r.**

**dotyczy: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z  
DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW  
PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH**

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1 – dot. Wzór umowy**

§1 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający określi wielkość i asortyment dostawy przez złożenie u Wykonawcy pocztą elektroniczną zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego z terminem jego realizacji ..... dni roboczych (zgodnie z terminem wskazanym w ofercie przetargowej). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu medycznego dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: wyraża zgodę, Zamawiający zamieści zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 2 – dot. Wzór umowy**

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „ Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko do Magazynu Medycznego, ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 14:00 na podstawie wystawionej faktury lub dokumentu WZ lub innego dokumentu specyfikacji wysyłkowej. W przypadku dostarczenia dostawy i jej przyjęcia po godzinie 14:00 przyjmuje się, że dostawa została dostarczona dnia kolejnego.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: wyraża zgodę, Zamawiający zamieści zmodyfikowany wzór umowy.

**Pytanie 3 – dot. Wzór umowy**

§4 ust. 5 lit. e– Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

**Odpowiedź:** nie wyraża zgody

**Pytanie 4 – dot. Dotyczy rozdziału III SIWZ oraz §1 ust. 5 umowy.**

Dotyczy rozdziału III SIWZ oraz §1 ust. 5 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe terminy ważności dla pakietu numer 3:

- pozycje 2, 4-6 oraz 13-17: 7 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego
- pozycje 8 i 9: 4 -7 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego
- pozycja 3 – 4 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta..


**Odpowiedź:**

Zamawiający: Zamawiający wyraża zgodę na oferowane terminy ważności, Zamawiający zamieści zmodyfikowany wzór umowy.

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: **10/2019**.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.szczecinek.pl](http://www.szpital.szczecinek.pl)

Zamawiający

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital w Szczecinku Sp.z o.o.

**mgr Anna Złotowska**