

Szczecinek, dnia 31.01.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek

**Do wszystkich Wykonawców**  
**Nr sprawy 03/2018**  
**Nr ogłoszenia BZP 510473-N-2018**  
**z dnia 26.01.2018 r.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych - endoskopia ,staplery i inne**

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek do czyszczenia endoskopów o długości roboczej 230 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu długość 260 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: wyraża zgodę

**Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych o średnicy osłonki 2.3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawianych wymogów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: wyraża zgodę

**Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicy osłonki 2.3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawianych wymogów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: wyraża zgodę

**Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 1-5**

Dot. pakiet nr 11,poz.1-5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w ramach pakietu nr 11,poz.1-5 na staplery o równoważnym rozwiązaniu techniczno-użytkowym, względem zastosowanego w opisie przedmiotu zamówienia(wymagania) zapisu o brzmieniu: „Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką”, tj.: staplery posiadające ergonomiczny uchwyt, charakteryzujący się eliminacją poślizgu dłoni operatora, poprzez delikatne karbowanie powierzchni chwytnej(zwiększenie chropowatości powierzchni uchwytu daje efekt antypoślizgowy, równoważny z pokryciem uchwytu antypoślizgową gumową powłoką), spełniające jednocześnie treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia(wymagania), zawartego w punktach 1-5, bez żadnych zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

1. Miska medyczna 250ml – 1szt
2. Miska nerkowata 700ml – 1szt
3. Serweta laminowana 75x90cm – 1szt
4. Koperta tekturowa na narzędzia – 1szt
5. Pęseta chirurgiczna Adson 12cm – 1szt
6. Tupfery włókninowe okrągłe (Ø 50cm) – 5szt
7. Igłotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1szt
8. Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1szt
9. Kleszcze Halstead Mosquito 13cm – 1szt

10. Zabezpieczenie ostrza - 4szt

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

1. Miska medyczna 250ml – 1szt
  2. Miska nerkowata 700ml – 1szt
  3. Serweta laminowana 75x90cm – 1szt
  4. Koperta tekturowa na narzędzia – 1szt
  5. Pęseta chirurgiczna Adson 12cm – 1szt
  6. Tupfery włókninowe okrągłe (Ø 50cm) – 5szt
  7. Iglotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1szt
  8. Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1szt
  9. Kleszcze Halstead Mosquito 13cm – 1szt
  10. Zabezpieczenie ostrza - 4szt
- Pęseta anatomiczna Adson prosta 12cm – dostarczana oddzielnie

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 imadła chirurgicznego Mayo Hegar o długości 14cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 3 Pęsety anatomicznej prostej Thumb dł. 15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz.5 nożyczek zagiętych Metzenbaum dł. 14cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 10 – Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Przedstawione ilości w SIWZ stanowią wartość szacunkową, przewidzianą na okres 12 miesięcy trwania umowy i nie mogą stanowić podstaw do żądania przez Wykonawcę realizacji ich wielkości oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniem części asortymentu w wysokości do 30%wartości zadania”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 11 – Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W rażących i zawinionych przez Wykonawcę przypadkach dwukrotnego nie wykonania lub nieterminowego wykonania postanowień umowy, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym § 4 ust. 1. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 12 – Dotyczy warunków umowy § 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 13 – Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5a) oraz 5b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 14 – Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5c) oraz 5d)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 15 – Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie rozpatrzenia terminu reklamacji w przypadku braków ilościowych 7 dni roboczych, natomiast w przypadku wad jakościowych 10 dni roboczych od uznania zasadności reklamacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 16 –**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie została wszczęta likwidacja

**Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1-10**

Czy Zamawiający w pakiecie 6, poz. 1-10 dopuści kleszcze o średnicy 2,3 mm w miejsce 2,4 mm, pozostałe wymagane parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 8, poz. 7 dopuści szczotkę cytologiczną o średnicy cewnika 2,6 mm, dwukanałowa, na prowadnicę 0,035”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 1-3**

Czy Zamawiający w pakiecie 12, poz. 1-3 dopuści pętle z cewnikiem o średnicy 2,3 mm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie nr 2 w pozycji 7? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie zgadza się na wydzielenie

**Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 6 Pakietu nr 2 i zaoferowanie ewakuatorów o średnicy otworu 11-16 cm, pojemność 400 – 800 ml. **Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm i długości narzędzia 250 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 7**

Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu nr 8 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy przewodu 2,7 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 14 i 15**

Czy Zamawiający w pozycji 14 i 15 Pakietu nr 8 wymaga zaoferowania zestawów wielorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: tak

**Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 17**

Czy Zamawiający w pozycji 17 Pakietu nr 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy narzędzia 2,4 mm, wysunięcie igły 6 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 17**

Czy Zamawiający w pozycji 17 Pakietu nr 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy narzędzia 2,4 mm, wysunięcie igły 4 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 4/6/7 gumek w zestawie, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr 12 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu nr 12 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rozmiar 15-76mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści sterylny worek odpuszczalny, zawierający skalowanie, z docięciem 10-88mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 1-3 3**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tym pakiecie na pętle do polipektomii o długości 240cm i rozmiarze w punkcie nr 3 27mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1**

Pakiet 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worki stomijne w rozmiarze do docięcia od 13 do 60 mm, gdzie „13mm” stanowi techniczny otwór startowy, a pozostałe parametry spełnione? Przylepiec z przyjaznego dla skóry hydrokoloidu o wyjątkowych właściwościach gojących.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2**

Pakiet 4, pozycja 2: Czy z uwagi na to, że sprzęt stomijny ma styczność z niesterylną treścią kałową, Zamawiający dopuści worek stomijny niesterylny, w rozmiarze do docięcia 13-60-80 mm (13 mm otwór startowy, przylepiec owalny z możliwością docięcia 60-80mm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2**

Pakiet 4, pozycja 2: Czy z uwagi na to, że sprzęt stomijny ma styczność z niesterylną treścią kałową, Zamawiający dopuści niesterylny worek stomijny zamknięty - beżowy, w rozmiarze do docięcia 10-70mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: **03/2018**.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.szczecinek.pl](http://www.szpital.szczecinek.pl)

Zamawiający

*Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek*