

Szczecinek, dnia 15.03.2019 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 03/2019
Nr ogłoszenia 523566-N-2019
z dnia 11.03.2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu medycznego

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający udzielił błędnej odpowiedzi na pytanie nr 36 w odpowiedziach na pytania Wykonawców nr 1, poniżej zamieszczamy prawidłową treść dopowiedzi.

Pytanie 36 – dot. SIWZ

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela I, pkt. 1.1.2: prosimy o potwierdzenie, iż poprzez regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach Zamawiający wymaga regulacji kierownicy góra-dół, przód-tył.

Odpowiedź:

Zamawiający: regulacja góra-dół wymaga, regulacja przód-tył dopuszcza, nie wymaga

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: **03/2019**.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek